



## APPAREIL DE RADIOLOGIE POUR USAGE VETERINAIRE

### PLX102 Mobile X-ray

#### Specifications

Puissance de sortie :	3 KW
Tube RX	Anode fixe
Méthode de commutation:	Full wave commutation
Tension du tube	40 à 90KV
Intensité du tube :	50 à 90KV 15mA
	50 à 90KV 30mA
	40 à 80KV 50mA
Temps d'exposition :	50 à 90KV 15mA 0.16 à.3s
Tension d'alimentation :	220V ±15% 50Hz

